

静脉药物施用： 静脉推注

本信息不旨在
替代专业建议。
因此，请遵照您的医生、
护士或药剂师的建议。

使用前

- 请查阅药物标签的说明，了解何时从冰箱取出药物
- **切勿**以加热或微波方式加速药物回温过程
- 使用清洁的工作区域
- 使用肥皂和温水彻底清洁双手至少 **20 秒**
(如果没有肥皂和水，请使用酒精洗手液)
- 用干净的毛巾擦干双手

1 | 按指示准备用品并准备 SASH 垫：

- A. SASH 垫 (参阅图 1)
- B. 静脉药物注射器
- C. (2) 个生理盐水冲洗注射器
- D. (1) 个肝素冲洗注射器 (如有医嘱)
- E. 酒精湿巾
- F. 锐器盒和/或垃圾桶




图 1

2 | 检查药物注射器

检查每个药物注射器。查看注射器的标签 (参阅图 2) 并确认：

- A. 患者姓名正确
- B. 药物名称正确
- C. 药物容量/数量
- D. 药物回到室温需要的时间
- E. 药物的“弃置日期”




图 2

为便于演示，请遵照您的药物注射器上的说明。

每个注射器应没有裂缝、泄漏、悬浮颗粒或变色。
如果注射器有问题或标签的任何内容不正确，请致电您的护士或药剂师。

静脉药物施用：静脉推注



图 3



图 4

3 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。

(参阅图 3)

- B. 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。

- C. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。

请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。

- E. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 4)

- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- I. 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

4 | 药物施用

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。

(参阅图 3)

- B. 取下药物注射器的保护帽。

- C. 将药物注射器牢固连接到静脉导管的无针接头。推入后顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 4)

- D. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- E. 按药物标签的说明注射药物。

- F. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- G. 施用完规定的剂量后取下药物注射器，将注射器弃置到垃圾桶。

5 | 用生理盐水冲洗静脉输液管

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。

(参阅图 3)

- B. 推动生理盐水冲洗注射器的柱塞以打破密封。

- C. 取下生理盐水冲洗注射器的保护帽。

请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果生理盐水冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。

- E. 把生理盐水冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。(参阅图 4)

- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 **2 至 3 秒**，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。

- I. 取下用后的生理盐水冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

6 | 用肝素冲洗静脉输液管（如有医嘱）

- A. 用酒精湿巾擦拭静脉导管的无针接头至少 **15 秒**，然后晾干。

(参阅图 3)

- B. 推动肝素冲洗注射器的柱塞以打破密封。

- C. 取下肝素冲洗注射器的保护帽。

请勿在取下帽后触碰注射器头。

如果肝素冲洗注射器的未盖帽无菌头触碰任何不干净的表面，请弃置此注射器。

- D. 竖起注射器，轻推柱塞以排出注射器的空气。



option care health®

6 | 用肝素冲洗静脉输液管（如有医嘱）续...

- E. 把肝素冲洗注射器推入静脉导管的无针接头，再顺时针扭转，直至牢固连接。（参阅图 4）
- F. 打开静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- G. 使用“推/停”法冲洗静脉导管。为此，请推少量液体，暂停 2 至 3 秒，然后重复至输注规定的量。

请勿在遇到阻力时强行冲洗；致电护士或药剂师。

- H. 关闭静脉导管和/或静脉延长套件的夹具。
- I. 取下用后的肝素冲洗注射器，并弃置到垃圾桶。

如有任何疑问或疑虑，请致电您的护士或医生

您的 Option Care Health 团队全年无休随时待命为您效劳。



想要观看教学视频并获取额外教育资源，请访问 optioncarehealth.com/education。